

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 324.05.17

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 03.02.2017 10:15:00 окончание 05.02.2017

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, 4.2.2794-10
2	ОКБ	Отсутствуют	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01, 4.2.2794-10
3	ТКБ	Отсутствуют	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01, 4.2.2794-10

Ответственный за лабораторные исследования:

Евдокимов Ф.И.

Подпись

Евдокимов Ф.И.

Заведующая лабораторией:

Евдокимов Ф.И.

Подпись

Евдокимов Ф.И.

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 324.05.17

Лицо, ответственное за оформление протокола: *Смирнов В.В. - инженер* (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.